

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况			
申请单位	郑州人民医院		
拟采购产品名称、数量及预算	超高清腹腔镜系统	1 套	190.00 万元 (人民币)
采购项目所属项目名称	郑州人民医院超高清腹腔镜系统项目		
拟采购进口设备预算	190.00 万元(人民币)		
二、申请理由			
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取			
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取			
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他			
<p>原因阐述：目前我国内品牌由于起步晚，对应设备及配件很难达到手术要求，尤其是复杂手术的要求。进口产品相对于国内产品具有明显优势，兼容性好、稳定性强、成像清晰、色彩逼真、具有动态影像增强、去饱和度、具有荧光功能等优点，减少医源性损伤发生率，降低总体医疗费用，减少医疗纠纷。考虑患者安全和手术质量，申请购买进口产品。</p>			

三、专家论证意见

专家姓名： 甄昕

专家工作单位： 交大二附院

专家电话： 13838029783

专家意见：

采购人采购的超高清腹腔镜系统项目，对系统的性能、质量、稳定性要求较高，技术要求：主机支持3D、4K、荧光成像功能，并兼容2D白光、2D荧光摄像头和3D白光、3D荧光摄像头，支持手术场景模式≥8种
主机设备类型：I类C型，可用于心脏手术，有效像素≥800万，荧光灵敏度≤0.038 ug/ml，探测深度≥11mm，并兼有智能排烟和冲洗等。目前国内同类产品在某些技术方面不能完全满足临床实际需求，相比国内产品进口产品兼容性好，稳定性强，成像清晰，色彩逼真，具有动态影像增强、去饱和度等优点。同时，该产品不属于《中国禁止出口限制出口产品目录》中的出口或限制产品，同意采购进口产品。专家签字 甄昕
2026年3月6日